

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 18/10/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 2

Σχόλια

Όνομα
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣEmail
c.kalogeras@santair.grΆρθρο ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΗΚΩΝ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝΗμ/νία
01/11/2018

Κύριοι, Θα θέλαμε μέσω της παρόντος εγγράφου να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αεροστρωμάτων και θηκών στρωμάτων που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Αρχικά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός πως η εταιρία μας αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τον κατασκευαστικό οίκο ArjoHuntleigh , έναν οίκο που το όνομα του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο παγκοσμίως, με την κατασκευή ηλεκτρικών κλινών Νοσοκομειακού τύπου και θεραπευτικών επιφανειών για τη πρόληψη και την θεραπεία κατακλίσεων. Σχετικά με τις υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως οι προτάσεις που διατυπώνουμε κατωτέρω προσανατολίζονται στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό, χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα: •Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «2. Να έχει διαστάσεις 195x85x12 cm, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε κρεβάτι νοσοκομειακού τύπου με δυνατότητα τοποθέτησης πάνω από το συμβατικό στρώμα της κλίνης (195x85x12 cm)» Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς το προσφερόμενο αερόστρωμα έχει διαστάσεις 203x86x11,5 cm . Για τον παραπάνω λόγο και για την μεγαλύτερη διασφάλιση της

[Αναζήτηση](#)
[Διαβουλεύσεων](#)

διαγωνιστικής διαδικασίας, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «2. Να έχει διαστάσεις 200x85x12 cm περίπου, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε κρεβάτι νοσοκομειακού τύπου με δυνατότητα τοποθέτησης πάνω από το συμβατικό στρώμα της κλίνης (195x85x12 cm)» • Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «3. Να διαθέτει πολλαπλές αεροκυψέλες οι οποίες σε περίπτωση διάτρησης να μπορούν να αντικατασταθούν μεμονωμένα και να είναι αποτελεσματικό για βάρος ασθενή 160kgf.» Σχόλιο: Για λόγους αναβάθμισης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, χωρίς να περιορίζεται ο ανταγωνισμός και η διαγωνιστική διαδικασία, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «3. Να διαθέτει πολλαπλές αεροκυψέλες οι οποίες σε περίπτωση διάτρησης να μπορούν να αντικατασταθούν μεμονωμένα και να είναι αποτελεσματικό για βάρος ασθενή 200kgf, τουλάχιστον. •Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «12. Τρόπος λειτουργίας ο οποίος κατά τη διάρκεια του κύκλου να επιτρέπει τη μέγιστη βύθιση τουλάχιστον 70% του σώματος του ασθενή επί του σώματος του ασθενή επί του στρώματος, για την ανακατανομή της πίεσης σε μεγαλύτερη επιφάνεια και την μείωση της εφαρμοζόμενης πίεσης που δέχεται ο ασθενής από το αερόστρωμα.» Σχόλιο: Κάθε κατασκευαστικός οίκος χρησιμοποιεί διαφορετική ακολουθία ως προς την εναλλαγή των πιέσεων στους αεροθαλάμους τους αεροστρωμάτων με το ίδιο όμως κλινικό αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επιτρέπει τη συμμετοχή ενός μόνο κατασκευαστικού οίκου με τεχνολογία εναλλαγής πιέσεων 1:4 (ένας αεροθάλαμος με μηδενική πίεση και οι επόμενοι τρεις με την καθορισμένη πίεση από την αντλία ανάλογα, με τον σωματότυπο του ασθενή). Ο κατασκευαστικός οίκος ArjoHuntleigh διαθέτει τεχνολογία εναλλαγής πιέσεων 1:2 δηλαδή, ένας αεροθάλαμος με μηδενική πίεση και ο επόμενος με την καθορισμένη πίεση από την αντλία ανάλογα, με τον σωματότυπο του ασθενή. Αυτή τεχνολογία επιτρέπει την μέγιστη ανακούφιση της πίεσης, δηλαδή σε κάθε στιγμή του κύκλου το 50% του σώματος δεν δέχεται πίεση (σε αντίθεση με το 25% του κατασκευαστικού οίκου με τεχνολογία εναλλαγής πιέσεων 1:4).). Για τους παραπάνω λόγους και για την μεγαλύτερη διασφάλιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να διαγραφεί. •Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «17. Η μονάδα ελέγχου να φέρει ψηφιακή οθόνη επί της οποίας να απεικονίζονται τα σχετικά μηνύματα των συναγερμών για περιπτώσεις χαμηλής πίεσης, προβλήματα στον κύκλο εναλλαγής πίεσης,

βλάβης στην αντλία και διακοπής ρεύματος τουλάχιστον, με τον αντίστοιχο ακουστικό συναγερμό. Να παρέχει τη δυνατότητα αποσιώπησης συναγερμών» Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η αντλία φέρει κεντρικό πίνακα ελέγχου για όλες τις ρυθμίσεις και τις ενδείξεις. Για το παραπάνω λόγο και για την μεγαλύτερη διασφάλιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «17. Η μονάδα ελέγχου να φέρει ψηφιακή οθόνη ή πίνακα ελέγχου επί των οποίων να απεικονίζονται τα σχετικά μηνύματα των συναγερμών για περιπτώσεις χαμηλής πίεσης, προβλήματα στον κύκλο εναλλαγής πίεσης, βλάβης στην αντλία και διακοπής ρεύματος τουλάχιστον, με τον αντίστοιχο ακουστικό συναγερμό. Να παρέχει τη δυνατότητα αποσιώπησης συναγερμών» •Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «20. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 7 έτη.» Σχόλιο: Για λόγους αναβάθμισης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, χωρίς να περιορίζεται ο ανταγωνισμός και η διαγωνιστική διαδικασία, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «20. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον.» •Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «22. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008 με επιπλέον πεδίο πιστοποίησης την δυνατότητα απολύμανσης των στρωμάτων κατάκλισης, ISO 13485:2012 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου είδους και να πληροί την Υ.Α.ΔΥ8δ/1384/04» Σχόλιο: : Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς ενώ διαθέτουμε 9001:2015 δεν διαθέτουμε επιπλέον πεδίο πιστοποίησης για τη δυνατότητα απολύμανσης των στρωμάτων κατάκλισης. Για τους παραπάνω λόγους και για την μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιοτικότερης προμήθειας για το Νοσοκομείο σας, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «22. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008 ή νεότερο και ISO 13485:2012 ή νεότερο με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου είδους και να πληροί την Υ.Α.ΔΥ8δ/1384/04» Επιπλέον για λόγους αναβάθμισης του ποιοτικού επιπέδου του εξοπλισμού σας προτείνουμε να προστεθούν οι εξής προδιαγραφές: •«Οι αεροθάλαμοι στο τμήμα της κεφαλής να είναι

στατικοί για λόγους ασφάλειας των διασωληνωμένων ασθενών» Ελπίζουμε ότι με την παρούσα επιστολή συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία διαμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Σας γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών που θα χρειασθούν στα πλαίσια αυτής της δυναμικής διαδικασίας. Με τιμή Για τη Santair A.E Χρήστος Καλογεράς Υπεύθυνος Πωλήσεων

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	dtheodorou@enamed.gr	18DIAB000003764	01/11/2018

κύριοι, σχετικά με την ως άνω διαβούλευση ,προτείνουμε τις παρακάτω προδιαγραφές στις αναγραφόμενες παραγράφους ετσι ωστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ανταγωνισμός και πρωτίστως να αναβαθμίζει την ποιότητα των προϊόντων χωρίς να φωτογραφίζουν συγκεκριμένο προμηθευτή). 3.Να διαθέτει πολλαπλές αεροκυψέλες οι οποίες σε περίπτωση διάτρησης να μπορούν να αντικατασταθούν μεμονωμένα και να είναι αποτελεσματικό για βάρος ασθενή 180 kgf.Να διαθέτει στο πλάι κατά μήκος του αεροστρώματος ειδική σχεδίαση λχ με φουσκωμένους αεραγωγούς (side formers) για την καλύτερη στήριξη του ασθενή (να μη γλιστρά προς τα έξω) 5. Να διαθέτει λειτουργικό διακόπτη on/off που να απομακρύνει τον αέρα ταχύτατα σε περιπτώσεις ανάγκης CPR. Ο διακόπτης CPR να βρίσκεται σε εμφανές σημείο πάνω στην αντλία και να ενεργοποιείται άμεσα με το ένα χέρι ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην ανταπόκριση. ΣΧΟΛΙΑ :οι ιμάντες πάνω στο στρώμα (που αρχικώς ζητάτε) , δεν αποτελεί σημείο που βοηθά στη ταχύτερη ανταπόκριση καθώς η εμπειρία δείχνει οτι οι ιμάντες καλύπτονται απο τα κάγκελα της κλίνης ή τα σεντόνια ή ο χειριστής δεν θυμάται απο πια πλευρά του στρώματος είναι ο ιμάντας με αποτέλεσμα να καθυστερεί εκεί που "και το δευτερόλεπτο μετράει" 6. Το στρώμα να διατηρεί τον αέρα στο εσωτερικό του τουλάχιστον οκτώ ώρες για περιπτώσεις μεταφοράς ή διακοπής ρεύματος ΣΧΟΛΙΑ :αντί 12 ώρες προτείνουμε 8 ώρες που ετσι κι αλλίως αποτελεί μεγάλο χρόνο για περιπτώσεις μεταφοράς ή διακοπής ρεύματος, ετσι ωστε να αναπτυχθεί ανταγωνισμός 7. Το κάλλυμα να είναι πλενόμενο σε πλυντήριο και να φέρει ειδική υποδοχή τοποθέτησης του καλωδίου τροφοδοσίας. 8. Οι σωλήνες σύνδεσης του

στρώματος με την μονάδα ελέγχου να είναι ειδικής κατασκευής ώστε να αντιμετωπίζουν προβλήματα στρέβλωσης και απόφραξης του αέρα,ή αποσύνδεσης από τη τροφοδοσία ρεύματος και να υπάρχει ειδική υποδοχή για την τοποθέτησή τους ώστε να μην κρέμονται με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης ή διακοπής λειτουργίας. 16. Να φέρει διακόπτες επί της μονάδας ελέγχου για εύκολο καθαρισμό και δυνατότητα κλειδώματος των ρυθμίσεων για την αποφυγή μη επιθυμητών αλλαγών στη λειτουργία του. 17. Η μονάδα ελέγχου να φέρει ψηφιακή οθόνη επί της οποίας να απεικονίζονται τα σχετικά μηνύματα των συναγερμών για περιπτώσεις χαμηλής πίεσης (λχ σε περίπτωση διάτρησης ή διαρροής αέρα) „υψηλής πίεσης (λχ κάποιο άλλο άτομο κάθεται στο στρώμα) και διακοπής ρεύματος τουλάχιστον, με τον αντίστοιχο ακουστικό συναγερμό. Να παρέχει τη δυνατότητα αποσιώπησης συναγερμών αλλά σε περίπτωση που δεν λυθεί το πρόβλημα τότε να επανέλθει ο συναγερμός μετά από 15 λεπτά 19. θα εκτιμηθεί η δυνατότητα κατάθεσης δείγματος προς χρήση και αξιολόγηση. Σχόλια :ζητούμε να μην είναι απαραίτητη η κατάθεση δείγματος καθώς δεδομένου της αρχής της αναλογικότητας και ίσης μεταχείρισης , που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς δεν θα πρέπει να μπαίνουν κριτήρια που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Εξάλλου το δείγμα αφορά συνήθως υλικά αναλώσιμα μικρής αξίας κι όχι μηχανήματα που δεν είναι δυνατόν μια εταιρεία να έχει δείγμα κι από όλα τα είδη που εμπορεύεται πολύ δε περισσότερο να τα δίνει προς επίδειξη και χρήση όπου το αποτέλεσμα της προστασίας απο την κατάκλιση δεν θα είναι εμφανές με μια επίδειξη αλλά θα είναι και υποκειμενικό κριτήριο. 20. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου είδους και να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/1384/04. ΣΧΟΛΙΑ:(Η δυνατότητα " με επιπλέον πεδίο πιστοποίησης την δυνατότητα απολύμανσης των στρωμάτων κατάκλισης" που αρχικώς ζητάτε, ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ και καθόλου σύμφωνη με την αρχή δημοσίων προμηθειών καθώς αφορά "υπηρεσία" που δεν εμπίπτει στη "προμήθεια " μηχανημάτων κι αποκλείει τον ανταγωνισμό για αυτό πρέπει να καταργηθεί ή να μην αποτελεί απαραίτητο όρο αλλά ίσως "επιθυμητό" Εκτός αν ζητάτε πεδίο απολύμανσης σε κάθε είδους μηχανήματος προμηθεύεται το νοσοκομείο !. 24. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485 ή ISO 9001. ΣΧΟΛΙΑ :η ύπαρξη και των δυο iso (9001 ΚΑΙ

13485) δεν είναι υποχρεωτική ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ως ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ, και σε συνδυασμό με την προδ. 20 ως άνω οδηγεί σε ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ που καλύπτεται από μια μόνο εταιρεία σύμφωνα με την εμπειρία μας από άλλους διαγωνισμούς. ΣΧΟΛΙΑ: Όσο αφορά τους ειδικούς όρους, θεωρούμε ότι είναι υπερβολικό να κατατίθενται όλα αυτά αναλυτικά περί προληπτικής συντήρησης κτλ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, στα πλαίσια πάντα της πάταξης της γραφειοκρατίας. Φυσικά μπορείτε και θεωρούμε γόνιμο να τα ζητάτε να κατατεθούν με την κατακύρωση του είδους αφού κατά την αξιολόγηση δεν επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα στην αξιολόγηση της ποιότητας του προσφερόμενου είδους. Όσον αφορά τις θήκες: προφανώς ζητάτε θήκες για άλλα υπάρχοντα στρώματα..Πως είναι δυνατόν να σας προσφέρουμε και να προμηθευτείτε θήκες ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ! Επίσης πιστεύουμε αφού αφορά άλλο είδος δεν θα πρέπει να συνδέεται με τη προμήθεια αεροστρωμάτων καθώς μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι προμηθευτές διαφορετικοί από αυτούς που φέρνουμε τα αεροστρώματα. Όσο αφορά τον προϋπολογισμό σας δεν ξέρουμε που βρήκατε αυτές τις χαμηλές τιμές στο παρατηρητήριο, καθώς εμείς βρίσκουμε τις ισχύουσες δηλαδή 2677,5 για αερόστρωμα ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ QUATTRO OVERLAY ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟ (17.1.169) και δεν βρίσκουμε για θήκες που σε κάθε περίπτωση ως προαναφέραμ πρέπει να είναι ανεξάρτητη προμήθεια από το αερόστρωμα καθώς δεν εμπίπτει στην ίδια κατηγορία 17.1.169

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΝ 2011-01-19 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ QUATTRO OVERLAY ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2677.5 € - (για τις θήκες δεν ανεβρέθη).

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για να σας αναπτύξουμε περαιτέρω τις προτάσεις μας Δήμητρα Θεοδώρου Βιοιατρικός μηχανικός EnaMed ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ μ/πη Ε.Π.Ε ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 44 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ dtheodorou@enamed.gr www.enamed.gr ΤΗΛ 2108022150 & 2111069383 FAX:2106838221 ΚΙΝ. 6972442852
