

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 19/11/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 1

## Σχόλια

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	info.gr@teleflex.com	ΠΡΟΤΑΣΗ TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ	30/11/2018

Κύριοι, Σχετικά με Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Β Τμήμα: Αναλώσιμο Επιστημονικών οργάνων) (CPV: 33141000-0)

(ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, Αισθητήρας μίας χρήσης, Κυκλώματα αναισθησίας, Συνδετικά για αναπνευστήρες, λάμες, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ, ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ κλπ) (Αριθ. Πρωτ. 24254/18) (2η ΥΠΕ) (18DIAB000003866) θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα. Στο Α/Α 30.

Κυκλώματα αναισθησίας πλήρους Σετ ενηλίκων (Α Σετ) σχετικά με το ζητούμενο φίλτρο του σετ προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φίλτρου. Να είναι PVC-free και DEHP-free. Στο Α/Α 38. Φίλτρα αναπνευστήρων αυτούγρανσης-θέρμανσης προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φίλτρου. Να είναι PVC-free και DEHP-free. Με εκτίμηση, Για την TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Γιάννης Αναστασίου Διευθύνων Σύμβουλος / Νόμιμος Εκπρόσωπος

[Αναζήτηση](#)  
[Διαβουλεύσεων](#)