



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»  
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
Τηλ: 213 2079100

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.: Ε. Δεδηλιάρη  
Τηλ.: 210 4520835  
Φαξ: 210 4528948  
Email: prommet@yahoo.gr

ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

### ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με αρ. Διακήρυξης **75/2018** και συστημικό αριθμό **68915** προμήθειας **Καθετήρων**, διευκρινίζουμε ότι:

1. Στις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα στους κωδικούς **α/α 7-11 (Φλεβοκαθετήρες απλοί Νο16, 17, 18, 20, 22)** η απαίτηση: «Να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας αυτόματης κάλυψης της ακμής της βελόνας με μεταλλικό ή από πολυμερές υλικό προστατευτικό κάλυμμα», **απαλείφεται.**
2. Για τα είδη με **α/α 51 και 52**: Ουρητήρων καθ. pig tail Διπλά ανοικτά Νο6 (6X26cm) και Ουρητήρων καθ. pig tail Διπλά ανοικτά Νο7X26cm **απαλείφεται η διάσταση των X26**, του Πίνακα Ζητούμενων ειδών και **ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές.**
3. Ομοίως για τα είδη με **α/α 54 και 55**: Ουρητήρων καθετήρες pig tail διπλά κλειστού άκρου Νο 6X26cm και Ουρητήρων καθετήρες pig tail διπλά κλειστού άκρου Νο 6X26cm Νο 7X26cm **απαλείφεται η διάσταση των X26**, του Πίνακα Ζητούμενων ειδών και **ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές.**

Ως εκ τούτου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2019, όσα έγγραφα/δικαιολογητικά χρήζουν να υποβληθούν σε έντυπη μορφή θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του νοσοκομείου από 12/02/2019 έως 14/02/2019 και η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 19<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2019.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ

