



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Κυριακού Χρ.
Τηλ: 213 2079322-9764
Φαξ: 210 4516237
Email: diavouleusi_metaxa@yahoo.com

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 23303-14/11/2019

ΠΡΟΣ: ΕΣΗΔΗΣ (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ)
diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Λαπαροσκοπικού Πύργου (CPV: 33162000-3)»
ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ' αρ. 16488/13-8-19 απόφαση Διοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Λαπαροσκοπικού Πύργου (ΑΔΑ: 6ΔΩΛ4690ΩΖ-Δ5Η).
Β. Το υπ.αρ.πρωτ. 22993-11/11/2019 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια **Λαπαροσκοπικού Πύργου (CPV: 33162000-3)** συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 100.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και θα γίνει η τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτημένη:

- στον ιστότοπο του Νοσοκομείου: www.metaxa-hospital.gr
- στο ΕΣΗΔΗΣ και
- στη Διαύγεια

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά με την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας και συγκεκριμένα στη διαδρομή Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική ανακοίνωση με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Σημειώνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.promitheus.gov.gr>) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδρομή: Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Προσκλήσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

-Το β σχετ.

I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 4K-ICG, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ 3D

Ο πύργος να αποτελείται από:

- A. Βίντεο-επεξεργαστή κάμερας με δυνατότητα απεικόνισης 4K-3D-ICG με κεφαλή κάμερας**
- B. Μόνιτορ με ευρεία επίπεδη οθόνη απεικόνισης 4K ή 4K-3D**
- Γ. Πηγή ψυχρού φωτισμού LED, κατάλληλη για ICG**
- Δ. Ενδοσκόπια**
- Ε. Σύστημα ψηφιακής καταγραφής fullHighDefinition**
- Στ. Συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου CO₂, με δυνατότητα θέρμανσης του χορηγούμενου αερίου**
- Ζ. Τροχήλατο μεταφοράς ιατρικών μηχανημάτων**

A. Βίντεο-επεξεργαστής κάμερας με δυνατότητα απεικόνισης 4K-3D-ICG με κεφαλή κάμερας

1. Να παρέχει ανάλυση πολύ υψηλής ποιότητας & ευκρίνειας για απεικόνιση 4K-3D-ICG, 3840x2160 pixels προοδευτικής σάρωσης
2. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με κεφαλές κάμερας CMOS και CCD κάθε ειδικότητας (λαπαροσκοπικές, ουρολογικές), και κάθε τεχνολογίας (π.χ. full HD, 4K, κλπ)
3. Να διαθέτει στον προσφερόμενο εξοπλισμό ειδικό αδιάβροχο πληκτρολόγιο ιατρικής χρήσης κατάλληλο για χειρουργείο για εύκολη πλοήγηση και έλεγχο όλων των λειτουργιών του μενού της κάμερας και εύκολη εισαγωγή των στοιχείων ασθενούς, και άλλων δεδομένων της επέμβασης
4. Να διαθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης πολλαπλών σετ εξατομικευμένων ρυθμίσεων (presets), ανάλογα με τις προτιμήσεις διαφόρων χρηστών.
5. Να διαθέτει πολλαπλές ψηφιακές εξόδους εικόνας full HD, είτε DVI-D, είτε 3G/HD-SDI, είτε HDMI, είτε DP (Display Port).
6. Να πιστοποιείται η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σύμφωνα με το IEEC 60601-1-2
7. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) προφίλ απεικόνισης της φθορίζουσας εικόνας
8. Να διαθέτει ειδική απεικόνιση με χρωματική διακύμανση της αιμάτωσης των ιστών ή των οργάνων
9. Να μπορεί να πραγματοποιεί ταυτόχρονη απεικόνιση της φθορίζουσας ουσίας με τη φυσική εικόνα
10. Η προσφερόμενη κεφαλή της κάμερας να είναι τελευταίας τεχνολογίας 3CMOS ή CCD, με ανάλυση απεικόνισης 4K, τουλάχιστον 3840x2160 pixels, προοδευτικής σάρωσης
11. Να συνδέονται άκαμπτα και εύκαμπτα βίντεο λαπαροσκόπια HD 5mm και 10mm.
12. Η κεφαλή της κάμερας να διαθέτει χειροκίνητη ρυθμιζόμενη εστιακή απόσταση.
13. Η κεφαλή κάμερας να διαθέτει ηλεκτρονικό zoom με δυνατότητα μεγέθυνσης 2x ή και ανώτερη. Να ρυθμίζεται μέσω κομβίων στην κεφαλή. Να αναφερθεί το μέγιστο ψηφιακό zoom.
14. Η κεφαλή να έχει δυνατότητα απεικόνισης με χρήση ICG χωρίς την προσθήκη επιπλέον συσκευών και να μπορεί να ενεργοποιηθεί από την κεφαλή της κάμερας
15. Η κεφαλή της κάμερας να διαθέτει τουλάχιστον 3 προγραμματιζόμενα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών & πλοήγηση στο μενού της κάμερας, την καταγραφή στατικών εικόνων & βίντεο καθώς και ρύθμιση της πηγής ψυχρού φωτισμού
16. Η κεφαλή κάμερας να είναι πλήρως εμβαπτιζόμενη σε υγρά καθαρισμού και χημικά υψηλής απολύμανσης. Να μπορεί να αποστειρωθεί τουλάχιστον σε κλίβανο αερίου.
17. Η κεφαλή να συνοδεύεται από ειδικό κυτίο αποστείρωσης και φύλαξης για την μεγιστοποίηση της προστασίας και ασφάλειας της κεφαλής.
18. Και η κεφαλή και ο επεξεργαστής κάμερας να διαθέτουν πιστοποίηση ανώτατης ηλεκτρικής ασφάλειας, κλάσης CF (Cardiac Floating).

B. Μόνιτορ με ευρεία επίπεδη οθόνη απεικόνισης 4K ή 4K-3D

1. Να είναι έγχρωμο monitor τουλάχιστον 26 ιντσών, τεχνολογίας 16:9 με πάνελ LED-backlight
2. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση 3840x2160 τουλάχιστον, με τεχνολογία απεικόνισης τουλάχιστον 4K. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα απεικόνισης 3D με την μελλοντική προσθήκη και του λοιπού απαραίτητου εξοπλισμού
3. Να διαθέτει προστατευτικό στρώμα στην επιφάνεια της οθόνης για την μείωση της πιθανότητας καταστροφής από ατύχημα.
4. Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα τουλάχιστον 450cd-m2.

5. Να διαθέτει αντίθεση τουλάχιστον 1400:1.
6. Να διαθέτει τις παρακάτω εισόδους:
Ψηφιακές: DVI-D ή 12G-SDI ή HDMI ή DP ή συνδυασμό τους.
Αναλογικές: Composite ή S-Video ή άλλες ή συνδυασμό τους
Να αναφέρεται ο αριθμός και το είδος των προσφερόμενων εισόδων
7. Να διαθέτει τις παρακάτω εξόδους:
Ψηφιακές: DVI-D ή 12G-SDI ή HDMI ή DP ή συνδυασμό τους.
Αναλογικές: Composite ή S-Video ή άλλες ή συνδυασμό τους
Να αναφέρεται ο αριθμός και το είδος των προσφερόμενων εισόδων
8. Να διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης στη βάση στήριξης του προσφερόμενου τροχήλατου τοποθέτησης εξοπλισμού

Γ. Πηγή ψυχρού φωτισμού LED, κατάλληλη για ICG

1. Να προσφερθεί πηγή φωτισμού υψηλής ποιότητας με λυχνία LED, κατάλληλη για χρήση σε εφαρμογές με ICG, αντίστοιχης ποιότητας φωτισμού με πηγή XENON τουλάχιστον 300W
2. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ή/ε χειροκίνητης ρύθμισης της έντασης της φωτεινότητας
3. Να διαθέτει φωτεινή ισχύ τουλάχιστον 1600 lumen
4. Ο χρόνος ζωής της λυχνίας να είναι εγγυημένης διάρκειας τουλάχιστον 30.000 ωρών ή/και εγγυημένης χρήσης 10 ετών από την εγκατάσταση του συστήματος.
5. Να προσφερθεί καλώδιο φωτισμού μήκους τουλάχιστον 3m και διαμέτρου το μέγιστο 5mm το οποίο να είναι κατάλληλο για σύνδεση με τις προσφερόμενες οπτικές και την προσφερόμενη πηγή φωτισμού. Να διαθέτει εξειδικευμένη προστασία κάμψης και από τις δύο πλευρές του. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού στους 134°C (autoclavable). Επιπλέον, να είναι κατάλληλο για σύνδεση με οπτικές με πλάτος εισαγωγής μεγαλύτερο από 4,1 mm. Να είναι κατάλληλο και για επεμβάσεις με χρήση χρωστικής Ινδοκυανίνη πράσινη (ICG)
6. Να πιστοποιείται η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σύμφωνα με το IEEC60601-1-2.
7. Η πηγή να διαθέτει πιστοποίηση ανώτατης ηλεκτρικής ασφάλειας, κλάσης CF (CardiacFloating).

Δ. Ενδοσκόπια

1. Να προσφερθούν δύο Λαπαροσκοπικές οπτικές HD εξωτερικής διαμέτρου 10mm (μια 0° και μια 30°) μήκους 310 - 360mm για χρήση με την προσφερόμενη πηγή φωτισμού LED για Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με χρήση χρωστικής Ινδοκυανίνης Πράσινης (ICG).
2. Η κάθε οπτική να συνοδεύεται από προσαρμογέα για τα υπάρχοντα καλώδια φωτισμού του Νοσοκομείου.
3. Να είναι δυνατή η αποστείρωση σε ETO, Plasma και σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού.

Ε. Σύστημα ψηφιακής καταγραφής fullHighDefinition

1. Να διαθέτει στη βασική προσφερόμενη διαμόρφωση δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής σε αποθηκευτικό μέσο, είτε USB (stick, σκληρό δίσκο), είτε DVD, απαραίτητα φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης (1920x1080) και βίντεο υψηλής ανάλυσης fullHD (1920x1080p), κατά προτίμηση σε φάκελο ασθενούς με δημογραφικά στοιχεία ασθενούς και δεδομένων της επέμβασης. Να διαθέτει ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας των δεδομένων του ασθενούς, με προστασία password.
2. Να διαθέτει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1 TB αποθηκευτικού χώρου.
3. Να διαθέτει δύο κανάλια καταγραφής
4. Να διαθέτει τουλάχιστον 3 θύρες USB 2.0
5. Να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο ETHERNET καθώς και με το δίκτυο του νοσοκομείου (DICOM)

Στ. Συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου CO₂, με δυνατότητα θέρμανσης του χορηγούμενου αερίου

1. Να διαθέτει πλήκτρα αφής, με ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη με ενδείξεις για την καθορισμένη πίεση, πραγματική πίεση, καθορισμένη ροή CO₂, πραγματική ροή CO₂ και ένδειξη θερμοκρασίας της κοιλιακής χώρας.
2. Να διαθέτει τέσσερα (4) προ εγκατεστημένα προγράμματα πλήρως ρυθμιζόμενα ανάλογα τις ανάγκες του χρήστη
3. Να έχει δυνατότητα ροής 45 l/min με ρυθμιζόμενο εύρος πίεσης τουλάχιστον και ως 30 mmHg για άριστη λειτουργία σε περιπτώσεις διαρροής αερίου
4. Να διαθέτει ένδειξη πληρότητας της φιάλης.

5. Να διαθέτει ηχητική ένδειξη συναγερμού σε περίπτωση υπέρβασης, πίεσης, απόφραξης.
6. Να διαθέτει ειδικό σύστημα θέρμανσης του χορηγούμενου αέρα στην κοιλιακή χώρα σε θερμοκρασία σώματος (36°C-37°C) για αποφυγή επιπλοκών. Να αναφέρεται αν η θέρμανση του αερίου εξασφαλίζεται από την συσκευή εμφύσησης ή κατά μήκος του σωλήνα διόγκωσης του πνευμοπεριτοναίου.
7. Να προσφερθούν τουλάχιστον 2 σωλήνες διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου πολλαπλών χρήσεων, μήκους τουλάχιστον 2.5 μέτρων, αποστειρούμενοι, κατάλληλοι για συσκευές με υψηλή δυνατότητα ροής 50lt/min, συμβατοί με τις συσκευές εμφύσησης πνευμοπεριτοναίου του νοσοκομείου
8. Επιπλέον να προσφερθούν τουλάχιστον 25 τεμάχια φίλτρων αερίου μιας χρήσεως για χρήση με την προσφερόμενη συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου, συμβατές με τους σωλήνες εμφύσησης CO2 πολλαπλών χρήσεων που θα προσφερθούν στο νοσοκομείο
9. Στην περίπτωση που η θέρμανση του αερίου στην προσφερόμενη συσκευή εμφύσησης εξασφαλίζεται κατά μήκος του σωλήνα διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου, να προσφερθούν τουλάχιστον 10 τεμάχια θερμαινόμενων σωλήνων εμφύσησης CO2 με το αντίστοιχο φίλτρο, μιας χρήσεως, συμβατοί με την προσφερόμενη συσκευή εμφύσησης πνευμοπεριτοναίου

Z. Τροχήλατο μεταφοράς ιατρικών μηχανημάτων

1. Το προσφερόμενο τροχήλατο να έχει 4 αντιστατικούς τροχούς, με σύστημα πέδησης στους 2 από αυτούς για μεγαλύτερη σταθερότητα
2. Να διαθέτει ενσωματωμένη θέση παροχής τροφοδοσίας με 6 θέσεις τουλάχιστον, ενσωματωμένο μετασχηματιστή τάσης για απομόνωση δικτύου τουλάχιστον 1800Watt., υποδοχή γείωσης και κεντρικό διακόπτη ON/OFF
3. Να διαθέτει θέση τοποθέτησης της κεφαλής κάμερας
4. Να έχει θέση τοποθέτησης φιάλης CO2 (3L/5L/10L).
5. Να διαθέτει τέσσερα ράφια για την τοποθέτηση των προσφερόμενων ενδοσκοπικών μηχανημάτων και ενός συρταριού μέγιστου φορτίου τουλάχιστον 20Kg και ενός συρταριού μέγιστου φορτίου τουλάχιστον 15 Kg.
6. Να διαθέτει ολοκληρωμένη τακτοποίηση των καλωδίων τροφοδοσίας
7. Να διαθέτει αρθρωτού βραχίονα στήριξης του μόνιτορ, ρυθμιζόμενου ύψους και με δυνατότητα περιστροφής και κλίσης

II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1. Να χορηγείται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αρχόμενη από την τοποθέτηση και από τον αρχικό έλεγχο καλής λειτουργίας.
2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος, θα εκπαιδευτούν ιατροί και τεχνικοί του Νοσοκομείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισμένο χρόνο.
3. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής φροντίδας.
4. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον οκταετής.
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια (όχι μονολεκτικά) και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Επιπλέον, η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, δηλώσεις του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.
6. Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα και να είναι ειδικά για την χρήση τους στην ιατρική. (Πιστοποιημένα medical grade συσκευές).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ.

Ο ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΕΝΤΟΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ