



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς: 09/01/2019

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ: Χ. Σαμαρτζή
Τηλ: 210 4520835

Email: prommet@yahoo.gr

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1

Αναφορικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού & Αναλώσιμου Επιστημονικών Οργάνων, **Αρ.Διακ. 74/2018 και αρ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ 68554**, σας διευκρινίζουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των παρακάτω ειδών διαμορφώνονται ως εξής:

Γ.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

5. ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΥΥΔΦΡ006)

- a) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΜΕ **ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ** ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ.
- b) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ LUER - LOCK, ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 3-WAY.
- c) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ , ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ.

9. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΟΝΟ (MONITORING) (ΥΥΔΦΡ032)

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- a) ΈΝΑΝ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
- b) ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 150 CM±5CM, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
- c) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ.
- d) ΔΥΟ 3WAY **stop cock**.
- e) ΣΥΣΤΗΜΑ FLUSH 3 CE/HR
- f) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ LATEX.
- g) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ MONITOR.

30. ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΥΥΔΦΡ104)

ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΑΝΔΟΑΡΤΗΡΙΑΚΗ Ή ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΟΔΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ :

- a) ΕΙΔΙΚΟ ΤΥΜΠΙΑΝΟ (PORT) ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ .
- b) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ **ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8FR ±1FR** ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 50CM±5CM
- c) ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΥΝΑΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΙΑΝΟΥ.
- d) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΘΗΚΑΡΙ ΤΥΠΟΥ PEEL AWAY.
- e) ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΚΚΑΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
- f) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ.
- g) ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΗΠΑΡΙΝΗ.
- h) ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX free ΚΑΙ DEHP free

31. ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ -ΤΥΜΠΑΝΟ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) (ΥΥΔΦΡ102)

ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΝΔΟΑΡΤΗΡΙΑΚΗ Ή ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΟΔΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

- ΕΙΔΙΚΟ ΤΥΜΠΑΝΟ (PORT) ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ (ΤΙΤΑΝΙΟ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.
- ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8FR $\pm$ 1FR ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 50CM-60CM, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΥΝΑΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ.
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΘΗΚΑΡΙ ΤΥΠΟΥ PEEL AWAY
- ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΚΑΜΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
- ΑΝΟΙΚΤΟΥ Η' ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ.
- ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΗΠΑΡΙΝΗ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ MRI ΣΥΜΒΑΤΟΙ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX free και DEHP free.

50β-γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ)(ΥΥΔΦΡ320)(ΥΥΔΦΡ321) ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

- ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
- ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΠΛΟΥ Η' ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:
 - MEDIUM
 - LARGE

51β-γ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ-ΣΕΤ ΕΠΙΔΕ/ΓΑΖΑ (ΥΥΔΦΡ323)(ΥΥΔΦΡ324)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΓΑΖΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

ΤΟ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
- ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΓΑΖΑ Η' ΡΟΛΟ ΓΑΖΑΣ
- ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
- ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΑΖΕΛΙΝΗ Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ.
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:
 - MEDIUM
 - LARGEΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

66".ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ (ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΝ) 11-13 mmX220-240CM(ΥΥΓΑΣ021)

ΤΑ ΚΛΙΠΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 220- 240 CM

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΛΙΠ 11MM-13MM

ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ.

66β. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ(ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΝ) 16 mmX220-240CM (ΥΥΓΑΣ041)

ΤΑ ΚΛΙΠΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 220-240 CM .

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΛΙΠ **16MM**.

ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ **ΤΟΥ ΚΛΙΠ** ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΖΑΙΜΗΣ