

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 13/09/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 2

Σχόλια

Όνομα	Αρθρο	Ημ/νία
TELEFLEX	ΠΡΟΤΑΣΗ	25/09/2018
MEDICAL	TELEFLEX	
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	MEDICAL	
	ΕΛΛΑΣ	

Κύριοι, Σχετικά με τη «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Α. Ενδοτραχειακών σωλήνων, Β. Αεραγωγών, Γ. Σετ νεφροστομίας, Δ. Ενδοπροθέσεων (CPV 33140000-3)» θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα. Στο είδος Α3. Ενδοτραχειακός σωλήνας σπιράλ με αεροάλαμο προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του είδους, την ασφάλεια για τον ασθενή και εξασφαλίζουν τη σωστή αναγνώριση του σωλήνα. Να φέρουν μαύρο ακτινοσκοπικό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα ένα εκατοστό περίπου πάνω από το cuff και στη βαλβίδα του αεροθαλάμου να αναγράφεται το μέγεθος του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση. Στο είδος Α4. Λαρυγγική μάσκα μιας χρήσεως προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη προδιαγραφή η οποία βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του είδους. Η μάσκα να φέρει σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Στα είδη Α5. Ενδοβρογχικοί σωλήνες αριστερού βρόγχου με 2 αεροθαλάμους και Α6. Ενδοβρογχικοί σωλήνες αριστερού βρόγχου με 2 αεροθαλάμους προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές για καλύτερη αναγνώριση των σωλήνων. Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που αερίζεται τα

[Αναζήτηση Διαβουλεύσεων](#)

οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης. Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή tracheal). Στα είδη A10. Σωλήνες τραχειοστομίας με ειδική φλάτζα ρυθμιζόμενη προτείνουμε να προστεθεί ως επιλογή και διαφορετικό υλικό για το σωλήνα τραχειοστομίας. Πιο συγκεκριμένα ο σωλήνας τραχειοστομίας να είναι από σπιδράλ έτσι ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στην ανατομία της τραχείας του ασθενούς. Με εκτίμηση, Για την TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Γιάννης Αναστασίου Διευθύνων Σύμβουλος / Νόμιμος Εκπρόσωπος

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΨΥΧΟΓΥΙ ΟΣ	d.psichogios@risalk	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	14/09/20
ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ	o.gr	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	18

Να προστεθεί στην κατηγορία Γ- ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ :
Να υπάρχει δυνατότητα σύρματος 0,035"-0,038". Το μήκος καθετήρα να είναι 28cm. Να προστεθεί κατηγορία στις ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ : ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ "Ειδικό φλεβικό στέντ από νιτινόλη σχεδιασμένο με σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με εύκαμπτους σύνδεσμούς flash links, διάμετρος stent: 10- 18 mm και μήκος stent: 60-150mm. Σύστημα εφαρμογής 10 French 100 cm." ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΣΑΛΚΟ ΑΕ
