



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Κ.Ντρέκης
Τηλ: 210 4520835
Email: prommet@yahoo.gr

Πειραιάς: 3/12/2019

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
(μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με τον ηλεκτρονικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «**ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ**» (**ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**), με **Αρ.Διακ.36/2019** για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.755,33 € άνευ ΦΠΑ, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σε συνέχεια του υπ' αρ. 24802/02-12-2019 υπηρεσιακού σημειώματος της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών για το είδος με **α/α διακ. 14** κατόπιν αιτήματος της εταιρείας BBD - ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΒΕ και της υπ' αρ. 24970-3/12/2019 απόφασης Διοικητού διευκρινίζουμε ότι τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους με **α/α διακ. 14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ** ως προς τα σκέλη **9 και 10** και διαμορφώνονται ως ακολούθως :

« 9. Το τελικό αποτέλεσμα του βιολογικού δείκτη θα πρέπει να το έχουμε εντός **30 λεπτών**.

10. Να προσφέρεται στο Νοσοκομείο ως συνοδός εξοπλισμός ένας επωαστήρας για βιολογικούς δείκτες ταχείας ερμηνείας. (Εμφανές **σε 30 λεπτά** κατά το μέγιστο).»

Κατά τα λοιπά σκέλη οι τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν ως έχουν.

Επιπροσθέτως οι ημερομηνίες του διαγωνισμού παρατείνονται ως ακολούθως :

1. η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών παρατείνεται **από τις 02/12/2019 στις 13/12/2019**
2. η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται **στις 20/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ, στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.**

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Α. ΖΑΪΜΗΣ