

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανεργή

Δημοσιεύθηκε 18/09/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 4

Σχόλια

Όνομα	Email	Άρθρο Υποβολή	Ημ/νία
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΑΕ	info@mkal.gr	Προτάσεων για τη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών	01/10/2018

Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 19090/17-9-18 πρόσκλησης του νοσοκομείου σας με θέμα Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων (πλην Αντιδραστηρίων) (CPV 3379000-4)» θα θέλαμε με την επιστολή να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας για την συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος με Α/Α 13 - ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ: Λεπίδες μικροτόμου μιας χρήσεως για μαλακούς ιστούς και πολύ λεπτές τομές. Να κόβουν και από τις δύο (2) πλευρές. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία κοπής 30° μοιρών, Μήκος 80 mm, Πλάτος 8 mm, Πάχος λεπίδας 0,25 mm. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Αλέξανδρος Καλλιφρονάς Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

[Αναζήτηση](#)
[Διαβουλεύσεων](#)

Όνομα	Email	Άρθρο Παρατηρήσεις	Ημ/νία
ΑΝΤΙΣΕΛ- ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ	antisel@antisel.gr	δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού εργαστηρίων	01/10/2018

Αξιότιμοι κύριοι. Στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης σε δημόσια διαβούλευση, σας παραθέτουμε τις σχετικές παρατηρήσεις μας. 1 Αρχιεοθήκη μεταλλική, διαστάσεων 490X490X90mm για αρχειοθέτηση κύβων παραφίνης χωρητικότητας τουλάχιστον 860 κασετών

εγκλίσεως ιστολογικών παρασκευασμάτων. Να αποτελείται από 13 συρτάρια που μπορούν να μετακινηθούν με μεταλλικούς οδηγούς. Το κάθε συρτάρι να διαθέτει χερούλι, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα / κλείσιμο του από το χρήστη . Η κάθε αρχαιοθήκη να είναι βαμμένη ηλεκτροστατικά με ειδική αντιοξειδωτική λευκή βαφή θερμικής επεξεργασίας σε ειδικό θάλαμο στους 200°C , για μεγαλύτερη αντοχή στα πιο γνωστά διαβρωτικά χημικά. - Κωδικός: ΔΑΠΑΘ115 -

Περιγραφή: ΘΗΚΕΣ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ -

Παρατηρήσεις: Αρχαιοθήκη για αρχειοθέτηση κύβων παραφίνης χωρητικότητας τουλάχιστον 700 κασετών εγκλίσεως ιστολογικών παρασκευασμάτων. Να αποτελείται από 13 συρτάρια. Το κάθε συρτάρι να διαθέτει χερούλι, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα / κλείσιμο του από το χρήστη. Η κάθε αρχαιοθήκη να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό στην οξείδωση ή βαμμένη ηλεκτροστατικά με ειδική αντιοξειδωτική λευκή βαφή θερμικής επεξεργασίας σε ειδικό θάλαμο στους 200°C , για μεγαλύτερη αντοχή στα πιο γνωστά διαβρωτικά χημικά. 3 Αρχαιοθήκη μεταλλική διαστάσεων 490X490X140mm χωρητικότητας έως 5000 πλακιδίων. Να αποτελείται από 14 συρτάρια που μπορούν να μετακινηθούν με μεταλλικούς οδηγούς. Το κάθε συρτάρι να διαθέτει χερούλι, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα / κλείσιμο του από το χρήστη . Η κάθε αρχαιοθήκη να είναι βαμμένη ηλεκτροστατικά με ειδική αντιοξειδωτική λευκή βαφή θερμικής επεξεργασίας σε ειδικό θάλαμο στους 200°C , για μεγαλύτερη αντοχή στα πιο γνωστά διαβρωτικά χημικά. - Κωδικός: ΔΑΕΡΓ318 - Περιγραφή: ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ -

Παρατηρήσεις: Αρχαιοθήκη μεταλλικού σκελετού χωρητικότητας τουλάχιστον 5000 πλακιδίων. Να αποτελείται από 13-14 συρτάρια. Το κάθε συρτάρι να διαθέτει χερούλι, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα / κλείσιμο του από το χρήστη. Η κάθε αρχαιοθήκη να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό στην οξείδωση ή βαμμένη ηλεκτροστατικά με ειδική αντιοξειδωτική λευκή βαφή θερμικής επεξεργασίας σε ειδικό θάλαμο στους 200°C , για μεγαλύτερη αντοχή στα πιο γνωστά διαβρωτικά χημικά. Στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Πιπίνη Δέποινα Υπε'υθυνη πελατών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ -

Παρατηρήσεις: Αρχαιοθήκη μεταλλικού σκελετού χωρητικότητας τουλάχιστον 5000 πλακιδίων. Να αποτελείται από 13-14 συρτάρια. Το κάθε συρτάρι να διαθέτει χερούλι, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα / κλείσιμο του από το χρήστη. Η κάθε αρχαιοθήκη να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό στην οξείδωση ή βαμμένη ηλεκτροστατικά με ειδική αντιοξειδωτική λευκή βαφή θερμικής επεξεργασίας σε ειδικό θάλαμο στους 200°C , για μεγαλύτερη αντοχή στα πιο γνωστά διαβρωτικά χημικά. Στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Πιπίνη Δέποινα Υπε'υθυνη πελατών

Όνομα

Email

Άρθρο Παρατηρήσεις Ημ/νία

ANTISEL- antisel@antisel.gr δημόσιας διαβούλευσης 02/10/2018
ΑΦΟΙ τεχνικών προδιαγραφών
Α.Σ.ΕΛΙΑΔΗ για την προμήθεια
ΑΕ αναλώσιμου υλικού
εργαστηρίων

Αξιότιμοι κύριοι. Στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης σε δημόσια διαβούλευση, σας παραθέτουμε επιπρόσθετα τις σχετικές παρατηρήσεις μας. 23) ΦΥΛΛΑ ΝΑΚΡΥΛ 50 ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Κωδικός: ΔΑΠΑΘ251 - Παρατηρήσεις: i) Αναφέρεται: «ΦΥΛΛΑ ΝΑΚΡΥΛ 50 ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» Ζητούμε την διαγραφή της εμπορικής επωνυμίας «ΝΑΚΡΥΛ» η οποία απεικονίζει συγκεκριμένο προμηθευτή. ii) Αναφέρεται: «Να διαθέτουν δακτύλιο προστασίας για αποφυγή επιμόλυνσης παραπλήσιου δείγματος». Η επιμόλυνση διπλανών υποδοχών δεν εξαρτάται από δακτύλιο αλλά από το βάθος της υποδοχής του προσφερόμενου πλαστικού φύλου. Για να διευκολυνθεί η μέγιστη συμμετοχή προμηθευτών στον διαγωνισμός σας παρακαλούμε για την τροποποίησή της ως εξής: «Να διαθέτουν ικανό βάθος υποδοχής ώστε να εξασφαλίζεται η μη επιμόλυνση. Να κατατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση». iii) Απαραίτητο επίσης θεωρούμε να συμπεριληφθεί στις ζητούμενες προδιαγραφές η εξής προδιαγραφή: «Τα προσφερόμενα υλικά να διαθέτουν CE Certificate και το εργοστάσιο παραγωγής να διαθέτει ISO». 27) ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κωδικός: ΔΑΕΡΓ-B90 - Παρατηρήσεις: i) Αναφέρεται: «Να λειτουργεί με τάση δικτύου (230V / 60HZ), είτε με χρήση της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με ικανό χρόνο αυτονομίας». Παρακαλούμε για την αναγραφή του ζητούμενου αριθμού ωρών αυτονομίας. Στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Λαμπρινή Μυλωνά
Υπεύθυνη πελατών

Όνομα	Email	Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	Ημ/νία
ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.	tenders@aenorasis.gr		21/09/2018

ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π.
«ΜΕΤΑΞΑ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μελίσσια, 21
Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κύριοι, Αναφερόμενοι στην Δημόσια διαβούλευση των

τεχνικών προδιαγραφών με αριθμό πρωτοκόλλου 18458 για την διενέργεια διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την προμήθεια «Συσκευών Συνεχούς Έγχυσης Φαρμάκων» CPV 33194000-6, υποβάλουμε τις προτάσεις μας. Με εκτίμηση, Για την ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. Κωνσταντάκης Σωτήριος Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 4 Α. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ • πλάγια διακλάδωση τύπου Υ για διπλές και επείγουσες χορηγήσεις

Προτείνουμε την διαγραφή του όρου «για διπλές» γιατί ο όρος αυτός είναι ασαφής και δημιουργεί σύγχυση ως προς τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών. Προτείνουμε επίσης την προσθήκη «σε εγγύτητα με τον φλεβοκαθετήρα», ώστε η επείγουσα χορήγηση να έχει άμεση πρόσβαση στο αγγείο του ασθενή. • η συσκευή να είναι μιας χρήσεως και αποστειρωμένη Προτείνουμε την αντικατάσταση του όρου «αποστειρωμένη», με τον όρο «να αναγράφεται επί της συσκευασίας η μέθοδος αποστείρωσης», διότι διασφαλίζει ότι η συσκευή είναι αποστειρωμένη και καταδεικνύει τον τρόπο της αποστείρωσης. • να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές ώρες (πάνω από 72) Προτείνουμε την αλλαγή του όρου «(πάνω από 72)», με τον όρο έως 96 h για μείωση του κόστους ανά χορήγηση ανά ημέρα. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α 4Α, 4Β, 4Γ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 70 ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6.000 ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α 4Α, 4Β, 4Γ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. Προτείνουμε να διευκρινισθεί ο αριθμός των ζητούμενων τεμαχίων αναλωσίμων ξεχωριστά για κάθε α/α 4Α, 4Β, 4Γ. Κατόπιν, να καθορισθεί ξεχωριστά ο αριθμός των ογκομετρικών αντλιών που θα παραχωρήσει ο μειοδότης για τα ζητούμενα τεμάχια συσκευών των α/α 4Α & 4Β και ξεχωριστά ο αριθμός των αντλιών σύριγγας για τα ζητούμενα τεμάχια του α/α 4Γ.
