

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανεμεργή

Δημοσιεύθηκε 30/10/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 2

Σχόλια

Όνομα
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΙΝΑ

Email
info@gr.hartmann.info

Άρθρο
Παρατηρήσεις
της εταιρείας
"PAUL
HARTMANN
Hellas SA"

Ημ/νία
05/11/2018

Παρατηρήσεις της εταιρείας "PAUL HARTMANN Hellas SA" επί της διαβούλευσης προδιαγραφών «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Α΄ Τμήμα: Υγειονομικό υλικό διάφορο) (CPV: 33141000-0) » του νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» α/α 23 Προτείνουμε να προστεθεί η προδιαγραφή: 7. Να είναι τηλεσκοπικά αναδιπλούμενο, ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η τοποθέτηση ακόμα κι από ένα άτομο α/α 30 Προτείνουμε να τροποποιηθεί ο α/α 3 ως εξής: « Να είναι 6 έως 12 αναδιπλώσεων...» καθώς θα υπάρξουν περισσότερες προσφορές και θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα Προτείνουμε επίσης να προστεθεί προδιαγραφή κατά την οποία θα εκτιμηθεί εάν η γάζα είναι προπλυμένη, ώστε να είναι ακόμα πιο απορροφητική α/α 31,32,33 Προτείνουμε να τροποποιηθεί η προδιαγραφή «να μη διακρίνεται το εσώρουχο» ως «Να είναι πλήρως αδιάφανα» και να προστεθεί η προδιαγραφή «Να διαθέτουν τρεις τσέπες» α/α 69 Προτείνουμε να τροποποιηθεί η προδιαγραφή α/α 2 και να αλλάξουν τα μανίκια από μακριά σε κοντά, καθώς οι μπλούζες ασθενών είναι κοντομάνικες επί το πλείστον α/α 70,71,72,73 Προτείνουμε να τροποποιηθεί η προδιαγραφή α/α 5 ως εξής: «Να διαθέτουν θερμοσυγκολλημένες ραφές», καθώς είναι θέμα ύψιστης ασφάλειας των χρηστών να μην τις διαπερνούν υγρά Επίσης, να προστεθούν οι προδιαγραφές: «Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να είναι πιστοποιημένες κατά το πρότυπο EN 13795» «Να

[Αναζήτηση](#)
[Διαβουλεύσεων](#)

είναι κατηγοριοποιημένες ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης Ι» «Να μην περιέχουν λάτεξ» «Να διαθέτουν μήκος Medium 115cm, Large 125cm, XLarge 140cm, XXL Large 155cm» α/α 74,75,76,77 Προτείνουμε να προστεθούν όλες ακριβώς οι προδιαγραφές που προτάθηκαν και στους α/α 70,71,72,73 α/α 78,79 Προτείνουμε να προστεθούν όλες ακριβώς οι προδιαγραφές που προτάθηκαν και στους α/α 70,71,72,73,74,75,76,77 και επιπλέον: «Να είναι πιστοποιημένες κατά το πρότυπο EN 13795 στο υψηλό επίπεδο (High Protection) για επιπλέον προστασία από βιολογικούς κινδύνους «Να διαθέτουν μήκος Large 158cm, XLarge 170cm», καθώς πρέπει για να είναι ολικής προστασίας να είναι πολύ μακριές και να καλύπτουν ολόκληρα τα πόδια «Να είναι τυλιγμένες με χαρτί ή non woven και να φέρουν δύο χειροπετσέτες» α/α 110 Προτείνουμε την τροποποίηση των διαστάσεων του α) σε 140x190 ± 10cm β) σε 80x140 ± 5cm γ) 75x90 ± 10cm δ) 150x240 ± 10cm ε) 175x200 ± 10cm Επίσης, προτείνουμε να προστεθούν στα περιεχόμενα: «Αυτοκόλλητη ταινία χειρουργείου 10x50cm» «4 πετσέτες κυτταρίνης 30x30cm περίπου» Ωστε το σετ να είναι ολοκληρωμένο και πλήρες Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας και τις συμπεριλάβετε στις προδιαγραφές σας ** Στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις

Όνομα	Email	Άρθρο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ	
MEDI-		ΤΕΧΝΙΚΩΝ	
SUP A.E.	athens@medisup.gr	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ	Ημ/νία
		ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ	13/11/2018
		ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ	
		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	
		ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	

Όσον αφορά τη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», η εταιρεία μας προτείνει τις εξής τεχνικές προδιαγραφές και προσθήκες: 3. ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΡΘΗΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ Α.ΚΕΦΑΛΗΣ Στο α) να προστεθεί: τετράγωνο, με άνοιγμα στο κέντρο για τον αερισμό της κεφαλής, με εγκοπή στήριξης τραχειοσωλήνα διατάσεων 23x23x10cm (±1cm) Στο β) να προστεθεί: σετ τεσσάρων δακτυλίων, διαμέτρου 8-10-15-23εκ. (±1εκ) 3. ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΡΘΗΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ Γ. ΠΛΑΓΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Στο α) προτείνουμε η διάσταση να αλλαχθεί σε 45x20x20±2εκ. Οι σφήνες που προσφέρουμε είναι του Οίκου XODUS Medical ΗΠΑ, είναι υψηλής ποιότητας και έχουν διαστάσεις 43,18x20x20εκ. Εάν

διατηρηθούν οι διαστάσεις 46x20x20 δεν μας δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό, περιορίζεται και δεν ευνοείται η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. 21. Καλύμματα ειδικά ασθενών (Ισοθερμικά πεδία) 210x120εκ. ± 10 σε κάθε διάσταση. Στις προδιαγραφές προτείνουμε να προστεθεί: με ματ φινίρισμα για να αποφεύγονται αντανάκλασεις φωτός. 34.Κουβέρτες θερμαινόμενου αέρα ολόσωμη Προτείνουμε οι διαστάσεις να γίνουν 230x130 ± 5 εκ. Επίσης να διαθέτει φίλτρο αέρα 0.3μm με αντιμικροβιακή ικανότητα 99,99% Ο Οίκος 37ο C που αντιπροσωπεύουμε και κατασκευάζει κουβέρτες ψύξης – θέρμανσης, είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στην Ευρώπη και εκ των μεγαλύτερων παγκοσμίως, με απόλυτη ειδικευση στη διαχείριση της θερμοκρασίας των ασθενών. Πρόσφατα μεγάλωσε τις διαστάσεις των κουβερτών με σκοπό: Α) Να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης όλων των σωματότυπων ασθενούς Β) να μεγαλώσει την επιφάνεια παροχής θερμού αέρα και συνεπώς να βελτιώσει την διαχείριση του ασθενούς. 35.Κουβέρτες θερμαινόμενου αέρα άνω μέρους σώματος Προτείνουμε οι διαστάσεις να γίνουν 200x75 ± 5 εκ. Επίσης να διαθέτει φίλτρο αέρα 0.3μm με αντιμικροβιακή ικανότητα 99,99% Ο Οίκος 37ο C που αντιπροσωπεύουμε και κατασκευάζει κουβέρτες ψύξης – θέρμανσης, είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στην Ευρώπη και εκ των μεγαλύτερων παγκοσμίως, με απόλυτη ειδικευση στη διαχείριση της θερμοκρασίας των ασθενών. Πρόσφατα μεγάλωσε τις διαστάσεις των κουβερτών με σκοπό: Α) Να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης όλων των σωματότυπων ασθενούς Β) να μεγαλώσει την επιφάνεια παροχής θερμού αέρα και συνεπώς να βελτιώσει την διαχείριση του ασθενούς. 121.Συσκευες αναπνευστικής γύμνασης triflo. Για το 2 προτείνουμε: Το είδος δεν χρειάζεται να είναι αποστειρωμένο, όλα τα είδη που κυκλοφορούν στην αγορά είναι συσκευασμένα σε ατομική, μη αποστειρωμένη συσκευασία 128.Σωλήνες αναρρόφησης PVC(ρύγχη χειρουργείου) σε με σωλήνα Για το 6 προτείνουμε να είναι αποστειρωμένο με γ ακτινοβολία ή με οξείδιο του αιθυλενίου. Η προδιαγραφή που εξειδικεύει τον τρόπο αποστείρωσης μόνο με ακτινοβολία γ δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό και θέτει εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας την συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι προσφέρουν το είδος αποστειρωμένο με E/O (οξείδιο του αιθυλενίου). Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προσκόμματα στη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Προτείνουμε την αλλαγή της παραγράφου 6 σε : « Να είναι αποστειρωμένο» Για το 7 πρέπει να το ζητάτε σε

ξεχωριστό κωδικό. Προτείνουμε να αφαιρεθεί Είμαστε
στην διάθεση σας. Για την MEDI-SUP Α.Ε. Νικήτας
Δημέας
