

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανευρεγή

Δημοσιεύθηκε 07/11/2019 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 1

## Σχόλια

Όνομα  
arthromed  
plus EEEmail  
diagonismos@arthromed.grΆρθρο  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗ  
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΕΞΙ(6) ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ  
ΜΕΘΗμ/νία  
21/11/2019

ΠΡΟΣ Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ" Θεσσαλονίκη 21/11/2019  
Σχετικό: "για τη συμμετοχή μας στη δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια έξι (6) κρεβατιών Μ.Ε.Θ. ( CPV:33192130-2). Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, Θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε τις εισηγήσεις-προτάσεις μας σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια έξι (6) κρεβατιών Μ.Ε.Θ. ( CPV:33192130-2) προκειμένου να αξιολογηθούν και γίνει η τελική διαμόρφωση για την ενσωμάτωσή τους στο πλήρες σώμα της διακήρυξης.  
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (6 τεμ) -Στις προδιαγραφές αναφέρεται : "9 .Το κρεβάτι να έχει τη δυνατότητα μετατροπής σε κανονική καρέκλα για την ενδυνάμωση της αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενή και την σταδιακή αποδέσμευση ή αποφυγή της αναπνευστικής υποστήριξης καθώς επίσης και για να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις του ασθενούς (από το κρεβάτι στην καρέκλα-καροτσάκι και αντίστροφα)" Σχόλιο: Η δυνατότητα μετατροπής της κλίνης σε κανονική καρέκλα αποτελεί χαρακτηριστική πατέντα ενός μόνο συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου, άρα προκαλεί εμπόδιο στην μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και καταργεί την έννοια του

[Αναζήτηση](#)  
[Διαβουλεύσεων](#)

ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς. -Στις προδιαγραφές αναφέρεται: “11.Η μετώπη των ποδιών να μπορεί να ρυθμίζεται ηλεκτρικά κατά μήκος (επέκταση τουλάχιστον 20cm) και να προσθαφαιρείται εύκολα.”

Σχόλιο: Η δυνατότητα ηλεκτρικής προέκτασης του μήκους της επιφάνειας κατάκλισης για την υποδοχή των ασθενών μεγαλύτερου ύψους, κρίνουμε ότι δεν είναι αναγκαία, πρώτον διότι εξυπηρετεί ελάχιστο ποσοστό των ανθρώπων που μπορεί να ξεπερνούν το ύψος των 2,05μ. και δεύτερον αυξάνει το κόστος της αγοράς και συντήρησης του κρεβατιού. Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας και η συμμετοχή άλλων εταιρειών προτείνουμε, η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής. “ Η μετώπη των ποδιών να μπορεί να ρυθμίζεται ηλεκτρικά ή χειροκίνητα κατά μήκος (επέκταση τουλάχιστον 20cm) και να προσθαφαιρείται εύκολα”.

-Στις προδιαγραφές αναφέρεται: “20.Το συνολικό εξωτερικό μήκος να είναι από 200 έως 230 cm .

Σχόλιο: Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας και η συμμετοχή άλλων εταιρειών προτείνουμε, η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής.

“Διαστάσεις κλίνης: Εξωτερικές : 205 (+/- 10) έως 230cm. -Στις προδιαγραφές αναφέρεται

“22.Ενσωματωμένο στρώμα αέρος το οποίο να είναι :  
νι.Να διαθέτει πλάγια κλίση, δεξιά αριστερά

τουλάχιστον 20 μοιρών. Σχόλιο: Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας και η συμμετοχή άλλων εταιρειών προτείνουμε, η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής : “Η κλίση ή το στρώμα να διαθέτουν πλάγια κλίση, δεξιά αριστερά, τουλάχιστον 15 μοιρών. Επιπλέον πλεονεκτήματα τα οποία θα αναφερθούν, θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη λειτουργικότητα τους: Θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα προς αξιολόγηση: Να διαθέτει νυχτερινό φωτισμό για διευκόλυνση του προσωπικού και του ασθενούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και αποφυγής ενόχλησης των υπολοίπων ασθενών του θαλάμου. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ARTHROMED PLUS E.E. ΓΩΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

---