



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 23304-14/11/2019

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ: 213 2079100

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ: Κυριακού Χρ.

Τηλ: 213 2079322-9764

Φαξ: 210 4516237

Email: diavouleusi_metaxa@yahoo.com

ΠΡΟΣ: ΕΣΗΔΗΣ (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ)

diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Σαράντα (40) Καρεκλών Χημειοθεραπείας (CPV: 33192300-5)»

ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ' αρ. 16077/06-8-19 απόφαση Διοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Σαράντα (40) Καρεκλών Χημειοθεραπείας (ΑΔΑ: ΩΟΠΞ4690ΩΖ-Σ65).

Β. Το υπ.αρ.πρωτ. 23030-11/11/2019 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια **Σαράντα (40) Καρεκλών Χημειοθεραπείας (CPV: 33192300-5)** συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 100.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και θα γίνει η τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρξει αναρτημένη:

- στον ιστότοπο: www.metaxa-hospital.gr
- στο ΕΣΗΔΗΣ και του Νοσοκομείου
- στη Διαύγεια

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά με την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας και συγκεκριμένα στη διαδρομή Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική ανακοίνωση με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Σημειώνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.promitheus.gov.gr>) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδρομή: Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Προσκλήσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

-Το β σχετ.

ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Οι πολυθρόνες θα πρέπει να είναι τροχήλατες, στηριζόμενες σε 4 αντιστατικούς τροχούς που να φέρουν σύστημα πέδησης (φρένα) και να διαθέτουν ατομικό μηχανισμό κλειδώματος για σταθεροποίηση της πολυθρόνας.
- Ο σκελετός να είναι μεταλλικός βαρέως τύπου με επικάλυψη εποξικής-πολυεστερικής βαφής ο οποίος να προστατεύεται από την επικάλυψη σκόνης.
- Να έχει τέσσερα ανεξάρτητα τμήματα: κεφαλή, πλάτη, κάθισμα και το τμήμα των ποδιών.
- Η λειτουργία της πολυθρόνας να γίνεται μέσω χειριστηρίου που μεταδίδει την κίνηση στα μοτέρ που θα διαθέτει. Θα πρέπει να κινεί πλάτη, πόδια, κάθισμα όπως επίσης και ηλεκτρονική ρύθμιση ύψους από 55 έως 75 cm +/- 5 cm.
- Να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 4 προκαθορισμένες θέσεις: επίπεδη, TRENDELENBURG, και καθίσματος.
- Να μπορεί να πάρει και οριζόντια θέση όταν αυτή γίνεται κρεβάτι.
- Οι βραχίονες να είναι φαρδείς (άνω των 45cm), ώστε το χέρι των ασθενών να βρίσκεται σε άνετη θέση ώστε να προσφέρουν ποιοτική υποστήριξη. Οι βραχίονες να στηρίζονται σε αρθρώσεις, οι οποίες να μπορούν να περιστρέφονται γύρω από τον άξονά τους καθ' ύψος, να παίρνουν κλίση και να σταθεροποιούνται στην επιθυμητή θέση.
- Τα τμήματα της πλάτης και των ποδιών να έχουν δυνατότητα κλίσης μέσω του χειριστηρίου και να μπορούν να πάρουν πολλαπλές θέσεις με ανεξάρτητη ρύθμιση. Όλες οι κινήσεις να γίνονται και από τον ίδιο τον ασθενή.
- Να διαθέτει κάλυμμα βάσης για απλό καθαρισμό και συντήρηση.
- Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας Foam κατάλληλο για πολύωρες θεραπείες. Η επιφάνεια του στρώματος να είναι ειδικά διαμορφωμένη που να αποτρέπει την υπερθέρμανση και την εφίδρωση. Το στρώμα να είναι καλυμμένο από PU υλικό το οποίο να καθαρίζεται εύκολα, να είναι ανθεκτικό σε αίμα, ούρα, ακτίνες UV, μικροοργανισμούς και μούχλα. Να προσφέρεται χρωματολόγιο επιλογής.
- Η πολυθρόνα να είναι εξοπλισμένη με υποδοχέα ρολού στο πίσω μέρος του κεφαλιού που να καλύπτει την πολυθρόνα.
- Να διαθέτει συνολικά στατώ ορού αμφοτέρων των πλευρών με ανοξειδωτή βέργα με 2 ή περισσότερα άγκιστρα χωρίς να ενοχλεί τον μηχανισμό λειτουργίας με βέργα ρυθμιζόμενη και αποσπώμενη μεταβλητού ύψους από 1,50 έως 2,20 cm +/- 10 cm χωρίς να ενοχλεί τον μηχανισμό λειτουργίας.
- Η πολυθρόνα θα πρέπει να δέχεται άτομα μεγάλου σωματικού βάρους έως και 200 κιλών.
- Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι περίπου μήκος 2,00-2,30cm +/- 10 cm και πλάτος 85-95 cm +/- 5cm .
- Να λειτουργεί με ρεύμα (220V/50Hz), το χειριστήριο με χαμηλή τάση 24V.
- Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και οι κινητήρες να συμμορφώνονται με το πρότυπο EN60601-1 και το πρότυπο προστασίας κλάσης IPX6.
- Να φέρει ένδειξη CE και να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά ISO ή ισοδύναμο.
- Να προσκομιστούν όλα τα πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρείας, συμμόρφωσης των προδιαγραφών, εγγύησης ποιότητας και αντοχής υλικών, καθώς επίσης και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 χρόνια, και κάλυψη ανταλλακτικών και service τουλάχιστον για δέκα χρόνια.