

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 30/10/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 3

Σχόλια

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.ΑΕ	info@papapostolou.gr	Παρατηρήσεις Παπαποστόλου Ν.ΑΕ στη διαβούλευση για Συντήρηση Γραμμικού Επιταχυντή CLINAC DHX του οίκου VARIAN	12/11/2018

ΕΙΔΟΣ: Γραμμικός Επιταχυντής CLINAC DHX του οίκου VARIAN Κύριοι, Ανταποκρινόμενοι στο με αρ. πρωτ.: 22567/30-10-2018 αίτημά σας για Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου «Συντήρησης Μηχανημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου (CPV 50420000-5)» και ειδικότερα για το είδος ένας Γραμμικός Επιταχυντής CLINAC DHX του οίκου VARIAN, ευχαρίστως σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας. Παράγραφος «Ποινικές ρήτρες» Στην εν λόγω προδιαγραφή ζητείται «παράταση της σύμβαση κατά μία ημερολογιακή ημέρα». Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής, και την διατήρηση του κειμένου της παραγράφου της υφιστάμενης σύμβασης συντήρησης, ως ακολούθως: «Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως, θα επιβάλλεται στην συμβαλλόμενη εταιρεία ως ποινική ρήτρα παράταση της σύμβασης πέντε ώρες χωρίς επιπλέον αμοιβή και ογδόντα (80) ΕΥΡΩ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης.» Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας θετικά τις παρατηρήσεις μας, ώστε το Νοσοκομείο σας να μπορέσει να διατηρήσει σε άριστη λειτουργικότητα το εν λόγω είδος. Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία. Με εκτίμηση, Νίκος Βλάχος Service Manager Radiotherapy

[Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων](#)
v

Όνομα
SIEMENS
HEALTHCAR
E ABEE

Email
evangelia.gouseti.ext@siemen
s-healthineers.com

Άρθρο
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩ
Ν ΓΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ημ/νία
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 14/11/201
ΤΟΥ PET-CT 8
ΤΥΠΟΥ
BIOGRAPH Mct
20 Excel ΤΟΥ
ΟΙΚΟΥ
SIEMENS

Αξιότιμοι , Σε συνέχεια της από 30/10/2018 δημοσίευσης σας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση και επισκευή του PET-CT τύπου BIOGRAPH Mct 20 Excel του οίκου SIEMENS, προτείνουμε συμπληρωματικά τα παρακάτω: • Ο Ανάδοχος Συντηρητής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό, επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από τον Κατασκευαστικό Οίκο, αλλά και με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα για τη συντήρηση του PET-CT τύπου BIOGRAPH Mct 20 Excel του οίκου SIEMENS. • Ο Ανάδοχος Συντηρητής να διαθέτει τη εξουσιοδότηση του Κατασκευαστικού Οίκου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του PET-CT τύπου BIOGRAPH Mct 20 Excel του οίκου SIEMENS. • Οι εργασίες των προληπτικών συντηρήσεων του PET-CT τύπου BIOGRAPH Mct 20 Excel του οίκου SIEMENS να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρωτότυπα, επίσημα και επικαιροποιημένα πρωτόκολλα συντήρησης αυτού, από τον Κατασκευαστικό Οίκο. • Τα αντικαθιστάμενα - κατεστραμμένα υλικά του PET-CT τύπου BIOGRAPH Mct 20 Excel του οίκου SIEMENS περιέρχονται στην κυριότητα του Ανάδοχου Συντηρητή. • Ο Ανάδοχος Συντηρητής να διαθέτει βεβαίωση επάρκειας και διάθεσης γνήσιων ανταλλακτικών για το PET-CT τύπου BIOGRAPH Mct 20 Excel του οίκου SIEMENS. Η βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί μαζί με την προσφορά επί ποινή απόρριψης. Όλα τα ανταλλακτικά που θα τοποθετούνται για την επισκευή και συντήρηση του PET-CT τύπου BIOGRAPH Mct 20 Excel του οίκου SIEMENS θα είναι γνήσια, ποιοτικά ελεγμένα, πιστοποιημένα, εγκεκριμένα και προερχόμενα από τον Κατασκευαστικό Οίκο, μέσω του επίσημου δικτύου παραγγελίας και διακίνησης του, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή, εύρυθμη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του εν λόγω μηχανήματος. • Δεν επιτρέπεται να γίνεται οποιαδήποτε ρύθμιση, συντήρηση ή τροποποίηση ή εγκατάσταση ανταλλακτικών στο PET-CT τύπου

BIOGRAPH Mct 20 Excel του οίκου SIEMENS από πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό από τον Κατασκευαστικό Οίκο και δεν έχουν λάβει προηγουμένως έγκριση από τον Ανάδοχο. • Ο Ανάδοχος Συντηρητής να λαμβάνει από τον Κατασκευαστικό Οίκο τις επίσημες ενημερώσεις για εργοστασιακές αναβαθμίσεις ασφάλειας (safety upgrades) και αποδοτικότητας (Performance upgrades) για το PET-CT τύπου BIOGRAPH Mct 20 Excel του οίκου SIEMENS. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση της αγοράς του μηχανήματος. Αντίθετα θα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών. • Οι επισκευές των βλαβών του PET-CT τύπου BIOGRAPH Mct 20 Excel του οίκου SIEMENS, γίνονται καθημερινά εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων. Η προσέλευση των Τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται κατά το δυνατόν μέσα σε 3 ώρες από τη λήψη της ειδοποίησης βλάβης στα γραφεία της εταιρείας. • Προτείνουμε την τροποποίηση της Τεχνικής Προδιαγραφής: «Κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης και μετά την παρέλευση είκοσι εργασίμων ημερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναμία παροχής ανταλλακτικών, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του συγκροτήματος με νέας τεχνολογίας και αυξημένων ή αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου», καθώς ο συγκεκριμένος εξοπλισμός SIEMENS κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του Νοσοκομείου και δεν είναι εφικτή η οποιαδήποτε απεγκατάσταση ή αντικατάσταση του με ανάλογο εξοπλισμό. Για κάθε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία είμαστε πάντα στην διάθεσή σας. Με εκτίμηση, Για την Εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE

Όνομα ΚΑΡΒΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ

Email
sales@karvonis.gr

Άρθρο Ημ/νία
07/11/2018

Αγαπητοί Κύριοι Στην ως ανω πρόσκληση σας για διαβουλευση, καταθέτουμε τα παρακάτω : ΕΙΔΟΣ : Ένας Γραμμικός Επιταχυντής CLINAC DHX του οίκου VARIAN Η Σύμβαση αρ. διακ 1/2/2011 με ημερομηνία υπογραφής 6-3-2015 για την προμήθεια ενός γραμμικού επιταχυντή τύπου CLINAC DHX του οίκου Varian (ΑΔΑ : Ω11Ω4690ΩΖ-ΙΣΛ) περιελάμβανε εκτός του κυρίως μηχανήματος CLINAC DHX και μια σειρά συστημάτων

ελέγχου/μετρήσεων , και συγκεκριμένα : Είδος 10 .
Σύστημα ποιοτικού ελέγχου OCTAVIUS II με λογισμικό
διαχείρισης & επεξεργασίας VeroSoft . Είδος 13A)
Σύστημα ανιχνευτών LA48 Linear Array Dosimetry
System Είδος 13Γ) Αναβάθμιση λογισμικού Mephysto
του Water Phantom του Νοσοκομείου . Παρακαλούμε
όπως στην σχετική διακήρυξη ρητά εκφράσετε την
επιθυμία τα παραπάνω είδη της αρχικής
σύμβασης/προμήθειας να συμπεριληφθούν στις
προσφορές των υποψηφίων αναδόχων συντήρησης . -----

----- ΕΙΔΟΣ : Ένα PET-CT
ΤΥΠΟΥ BIOGRAPH Mct 20 Excel του οίκου SIEMENS
Η σχετική σύμβαση με την εταιρία SIEMENS για την
προμήθεια ενός PET-CT τυπου BIOGRAPH Mct 20
Excel συνολικής αξίας EUR 1.270.00 + 24% ΦΠΑ
περιελάμβανε εκτός του κυρίως μηχανήματος και μια
σειρά συνοδού εξοπλισμού απαραίτητου για την
λειτουργία του PET-CT , και συγκεκριμένα : #NMC DSI
PET Hot Cell , κρύπτη-εστία της TEMA #microDDS-A
Automatic Dispenser #ATOMLAB-500 Dose Calibrator
#RAD-INJECT Αυτόματος εγχυτής FDG #LB-124
Contamination Monitor Παρακαλούμε όπως στην σχετική
διακήρυξη ρητά εκφράσετε την επιθυμία τα παραπάνω
είδη της αρχικής σύμβασης/προμήθειας να
συμπεριληφθούν στις προσφορές των υποψηφίων
αναδόχων συντήρησης . Με εκτίμηση Αντ.Καρβωνης
ΚΑΡΒΩΝΗΣ ΑΝΤ. & Σια ΕΕ
