



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»  
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
Τηλ: 213 2079100  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ: Χ. Σαμαρτζή  
Τηλ: 210 4520835  
**Email: [prommet@yahoo.gr](mailto:prommet@yahoo.gr)**

Πειραιάς: 24/01/2019

**ΠΡΟΣ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

### **ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2**

Αναφορικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού & Αναλώσιμου Επιστημονικών Οργάνων, **Αρ.Διακ. 74/2018 και αρ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ 68554**, σας διευκρινίζουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των παρακάτω ειδών διαμορφώνονται –συμπληρώνονται ως εξής:

#### **Γ.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ**

1. Για τα είδη με α/α 48 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑ 1000ML (ΣΕΤ ΜΕ ΓΑΖΑ) & 51 β-γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ – ΣΕΤ ΕΠΙΔΕ/ΓΑΖΑ

Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπ' όψιν η συνολική τιμή των προσφερόμενων κωδικών (δηλαδή: **ΥΥΔΦΡ715+ ΥΥΔΦΡ323+ ΥΥΔΦΡ324**)

2. Για τα είδη με α/α 49 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑ 1000ML (ΣΕΤ ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ) & 50 β-γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ – ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ

Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπ' όψιν η συνολική τιμή των προσφερόμενων κωδικών (δηλαδή: **ΥΥΔΦΡ615 + ΥΥΔΦΡ320+ ΥΥΔΦΡ321**)

3. Για τα είδη με α/α 66<sup>α</sup> και 66β η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές τροποποιούνται ως εξής:

**66<sup>α</sup> ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ(11 mm-13mm).**

ΤΑ ΚΛΙΠΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΤΟ ΚΛΙΠ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ), ΜΗΚΟΥΣ 220- 240CM ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΛΙΠ 11 ΜΜ- 13ΜΜ

ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

**66β ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ(16 mm).**

ΤΑ ΚΛΙΠΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΤΟ ΚΛΙΠΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ) , ΜΗΚΟΥΣ 220-240CM .

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΛΙΠ 16 ΜΜ

ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

4. Στους α/α 69<sup>α</sup> έως 69ζ της διακήρυξης –**Σωλήνες PEN ROSE M.X, Νο 1, 1/2, 1/4, 3/4, 3/8, 5/8 και 7/8** -προστίθεται η παρακάτω απαίτηση:

**Να διατίθενται σε μήκος 45cm ± 5cm**

Ως εκ τούτου,

1. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών, η οποία ορίζεται για τις **27/02/2019**.
2. Παρατείνεται η ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών, η οποία ορίζεται για τις **07/03/2019**.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΖΑΙΜΗΣ